清远市慢性病防治医院设备类项目(项目编号：SLC2-26112)

更正通知

我公司于 2026 年 10 月 20 日发布了清远市慢性病防治医院设备类项目(项目编号：SLC2-26112）更正公告，内容如下：

一、公开遴选文件更正内容如下：

（一）技术参数修改对比

项目包 1：全自动氟元素分析仪等设备采购项目

（2）医用冷藏箱（单门）

原公开遴选文件要求			更正为		
参数性质	编号	具体技术(参数)要求	参数性质	编号	具体技术(参数)要求
	6.	采用高效低噪压缩机，制冷稳定、能耗低，符合国家节能环保要求，能效等级不低于 2 级。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②产品制造商公开发布的产品彩页，且能体现该项内容（功能）；或③产品注册证，且能体现该项内容（功能）；或④合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】		6.	采用高效低噪压缩机，制冷稳定、能耗低，符合国家节能环保要求。

采购包 2：全自动五分类血细胞分析仪和立式压力蒸汽灭菌器采购项目

（1）全自动五分类血细胞分析仪

原公开遴选文件要求			更正为		
参数性质	编号	具体技术(参数)要求	参数性质	编号	具体技术(参数)要求
★	4.	配有核红细胞（NRBC# / NRBC%）计数及 WBC 自动校正功能。【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】		4.	配有核红细胞（NRBC# / NRBC%）计数及 WBC 自动校正功能。【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】

★	10.	携带污染率＜1.0%（WBC、RBC、HGB、PLT）。**【遴选响应文件需附合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**		9	携带污染率＜1.0%（WBC、RBC、HGB、PLT）。**【遴选响应文件需附合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**
★	7.	静脉全血检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥110 样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+CRP ≥80 样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+CRP+SAA ≥60 样本/小时。**【遴选响应文件需附合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**	▲	7.	静脉全血检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥100 样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+CRP ≥80 样本/小时。**【遴选响应文件需附合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**
★	8.	日检测能力≥880 人份（按 8 小时工作制计）。**【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】**			**该条款删掉。**
▲	11.	支持静脉全血与末梢全血同时批量上机检测，一次可同时装载≥60 个样本，均支持样本自动混匀；末梢血全自动检测（自动扫码、自动混匀、闭盖穿刺、异常标本自动回退）**【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】**	▲	10.	具备封闭自动进样和开放手动进样模式，可连续追加样本。**【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】**
	22.	具备网织红细胞检测功能（RET#、RET%、RET-He）。			**该条款删掉。**

（2）立式压力蒸汽灭菌器

原公开遴选文件要求			更正为		
参数性质	编号	具体技术(参数)要求	参数性质	编号	具体技术(参数)要求
★	3.	如用于生物安全目的物品灭菌，须符合 YY/T 1277《压力蒸汽灭菌器 生物安全性能要求》。			**该条款删掉。**
★	4.	符合 YY/T 1007-2018《立式蒸汽灭菌器》；容积≥75L；电气安全符合 GB 4793.4 或 GB 9706 系列适用条款。具备压力、温度实时记录及打印功能，支持液体灭菌程序。**【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②产品注册证，且能体现该项内容（功能）。】**		3.	符合 YY/T 1007-2018《立式蒸汽灭菌器》；容积≥75L；电气安全符合 GB 4793.4 或 GB 9706 系列适用条款。具备压力、温度实时记录及打印功能，支持液体灭菌程序。**【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②产品注**

					册证，且能体现该项内容（功能）。】
★	5.	灭菌室及主要接触蒸汽部件为不锈钢（如SUS304）。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】		4.	灭菌室及主要接触蒸汽部件为不锈钢（如SUS304）。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】
★	6.	使用温度覆盖105－136℃，可精确设定121℃、134℃ 并保持；工作压力范围覆盖0.14－0.28MPa。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】		5.	使用温度覆盖105－136℃，可精确设定121℃、134℃ 并保持；工作压力范围覆盖0.14－0.28MPa。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】
★	7.	压力表、安全阀为合格附件，随箱提供合格证；安全阀/压力表校验要求写入维保条款。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②产品合格证明。】		6.	压力表、安全阀为合格附件，随箱提供合格证；安全阀/压力表校验要求写入维保条款。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②产品合格证明。】
★	8.	预设程序≥3 种：裸器械、包装器械、敷料/织物（或器械/液体/废弃物），并可存储自定义程序。【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】		7.	预设程序≥3 种：裸器械、包装器械、敷料/织物（或器械/液体/废弃物），并可存储自定义程序。【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】

★	9.	具备冷空气排除功能（重力置换/正压脉动/预真空之一），保证蒸汽饱和度。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】	★	8.	灭菌器应具备有效的冷空气排除功能，可采用重力置换、正压脉动排气、预真空（脉动真空）中任意一种方式，保障灭菌腔内蒸汽饱和度，满足灭菌有效性要求。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②产品注册证，且能体现该项内容（功能）。】
	11.	具备干燥功能：真空干燥或热风干燥，程序结束自动排气、干燥，腔体无明水。【遴选响应文件需附产品制造商出具的技术说明书（或技术白皮书或产品说明书），且能体现该项内容（功能）。】			该条款删掉。
	17.	可使用U盘/打印机导出温度-压力曲线、F0值记录。			该条款删掉。

采购包3：氦氖激光治疗仪和皮肤治疗仪采购项目

（1）氦氖激光治疗仪

原公开遴选文件要求			更正为		
参数性质	编号	具体技术(参数)要求	参数性质	编号	具体技术(参数)要求
★	3.	（1）激光单元要求： ①激光介质：封离型氦氖激光器； ② 输出激光波长：632.8nm（红光），波长允许偏差 ±10nm； ③光斑模式：多模。 【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②产品注册证，且能体现该项内容（功能）；或③合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】	★	3.	（1）激光单元要求： ①激光介质：封离型氦氖激光器； ② 输出激光波长：632.8nm（红光），波长允许偏差 ±2m； ③光斑模式：多模。 【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②产品注册证，且能体现该项内容（功能）；或③合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】
★	6.	（4）功率调节与自检： ①连续或分档可调，≥8 档		6.	（4）功率调节与自检： ①连续或分档可调，≥8 档显

		显示； ②具备内置激光功率监测/自检功能。 **【遴选响应文件需附产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）】**			示； ②具备内置激光功率监测/自检功能。 **【遴选响应文件需附产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）】**
★	8.	（6）安全装置（包括但不限于）：钥匙开关/授权启动、安全联锁、紧急停止、激光发射声光警示、过载与漏电保护、输出异常报警。**【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**		8.	（6）安全装置（包括但不限于）：钥匙开关/授权启动、安全联锁、紧急停止、激光发射声光警示、过载与漏电保护、输出异常报警。**【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**
★	9.	（7）配备遥控联锁连接器、光束终止器/光闸或等效衰减装置。**【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**		9.	（7）配备遥控联锁连接器、光束终止器/光闸或等效衰减装置。**【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**
★	10.	（8）医用电气安全应符合 GB 9706.1，以及适用的医用激光设备专用标准（IEC 60601-2-22/YY 0789 类要求）。**【遴选响应文件需附合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】**			该条款删掉。

（2）皮肤治疗仪

原公开遴选文件要求			更正为		
参数性质	编号	具体技术(参数)要求	参数性质	编号	具体技术(参数)要求
★	1.	提供所投设备（皮肤治疗仪）有效的医疗器械注册证证明文件（遴选响应文件中需附证明文件），注册证载明的适用范围/预	★	1.	提供所投设备(皮肤治疗仪)有效的医疗器械注册证证明文件(遴选响应文件中需附证明文件)
				14.	（14）设备适用范围/预期用途

		期用途应覆盖敏感肌肤辅助修护、玫瑰痤疮辅助治疗、医美术后皮肤修复、皮肤屏障修护中至少三项，且不得超出注册证批准范围使用。若设备为多功能机型，应提供注册证及说明书，明确各项功能对应的适用范围。			应覆盖敏感肌肤辅助修护、玫瑰痤疮辅助治疗、医美术后皮肤修复、皮肤屏障修护中至少三项。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②产品注册证，且能体现该项内容（功能）；或③合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】
★	2.	（1）治疗机制：设备应具备以下至少 2-3 种无创皮肤修护作用方式：①高频电场/射频能量作用；②电离渗透/离子导入透皮作用；③加压注氧/氧疗作用；④冷疗/物理舒敏作用。上述作用方式可单一或组合实现。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】		2.	（1）治疗机制：设备应具备以下至少 2-3 种无创皮肤修护作用方式：①高频电场/射频能量作用；②电离渗透/离子导入透皮作用；③加压注氧/氧疗作用；④冷疗/物理舒敏作用。上述作用方式可单一或组合实现。【遴选响应文件需附①产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）；或②合格有效第三方检测机构出具的检测报告，且能体现该项内容（功能）。】
★	6.	（5）治疗过程低热量、非剥脱、无创，不造成皮肤破损或创口。【遴选响应文件需附产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）。】		6.	（5）治疗过程低热量、非剥脱、无创，不造成皮肤破损或创口。【遴选响应文件需附产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）。】
★	8.	（8）具备安全保护功能（包括但不限于）：过温保护、过流保护、手具连接异常提示。【遴选响应文件需附产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）。】		8.	（8）具备安全保护功能（包括但不限于）：过温保护、过流保护、手具连接异常提示。【遴选响应文件需附产品制造商出具的产品说明书（或技术说明书，或技术白皮书），且能体现该项内容（功能）。】

（二）评分细则附表

项目包 2：全自动五分类血细胞分析仪和立式压力蒸汽灭菌器采购项目

1.原评分细则附表（摘录）

评比因素	分值	最高分值	评分细则	
技术部分	62 分	12 分	重要技术指标（标示“▲”符号条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之内重要技术指标（标示“▲”符号条款）响应情况进行评分。标示“▲”符号条款共 4 项，每满足一项得 3 分，本项最高得 12 分。【不符合采购要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		24 分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“（1）**全自动五分类血细胞分析仪**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【1.2.3.....】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共 12 项，完全响应公开遴选文件要求的，得 24 分。每负偏离一项扣 2 分。【不符合采购要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		20 分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“（2）**立式压力蒸汽灭菌器**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【1.2.3.....】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共 10 项，完全响应公开遴选文件要求的，得 20 分。每负偏离一项扣 2 分。【不符合采购要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		6 分	项目实施方案	根据供应商针对本项目“招标项目内容”提供的项目<u>实施方案【包括但不限于：（1）设备的安装及调试；（2）质量保证措施】</u>进行评分。 ①方案符合或优于采购需求，所提供的内容涵盖了上述 2 项内容的技术要素，方案详细且合理，得 6 分。 ②方案符合采购需求，所提供的内容涵盖了上述 2 项内容的技术要素，方案有欠缺，得 3 分。 ③方案不完全符合采购需求，有缺陷，得 1 分。 ④没有提供方案或其被评定为不可行的不得分。 【注：（1）“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；（2）“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；（3）“欠缺”是指深度不足（关键环节未展开，流于表面，未触达本质）；（4）“缺陷”是指存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及

				不可能实现的夸大情形等情况。】

2.现更正为：

评比因素	分值	最高分值	评分细则	
技术部分	62分	17.5分	重要技术指标（标示“▲”符号条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之内重要技术指标（标示“▲”符号条款）响应情况进行评分。标示“▲”符号条款共5项，每满足一项得3.5分，本项最高得17.5分。【不符合采购要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		19.5分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“**（1）全自动五分类血细胞分析仪**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【1.2.3.....】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共13项，完全响应公开遴选文件要求的，得19.5分。每负偏离一项扣1.5分。【不符合采购要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		19.5分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“**（2）立式压力蒸汽灭菌器**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【1.2.3.....】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共13项，完全响应公开遴选文件要求的，得19.5分。每负偏离一项扣1.5分。【不符合采购要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		5.5分	项目实施方案	根据供应商针对本项目“招标项目内容”提供的项目**实施方案【包括但不限于：（1）设备的安装及调试；（2）质量保证措施】**进行评分。 ①方案符合或优于采购需求，所提供的内容涵盖了上述2项内容的技术要素，方案详细且合理，得5.5分。 ②方案符合采购需求，所提供的内容涵盖了上述2项内容的技术要素，方案有欠缺，得2.5分。 ③方案不完全符合采购需求，有缺陷，得1分。 ④没有提供方案或其被评定为不可行的不得分。 【注：（1）“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；（2）“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；（3）“欠缺”是指深度不足（关键环节未展开，流于表面，未触达本质）；（4）“缺陷”是指存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情

				形等情况。】

项目包 3：氦氖激光治疗仪和皮肤治疗仪采购项目

1. 原评分细则附表（摘录）

评比因素	分值	最高分值	评分细则	
技术部分	60 分	36 分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“**（1）氦氖激光治疗仪**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【1.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共 12 项，完全响应公开遴选文件要求的，得 36 分。每负偏离一项扣 3 分。【不符合招标要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		15 分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“**（2）皮肤治疗仪**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【10.11.12.13.14】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共 5 项，完全响应公开遴选文件要求的，得 15 分。每负偏离一项扣 3 分。【不符合招标要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		9 分	项目实施方案	根据供应商针对本项目“招标项目内容”提供的项目**实施方案【包括但不限于：（1）设备的安装及调试；（2）质量保证措施】**进行评分。 ①方案符合或优于采购需求，所提供的内容涵盖了上述 2 项内容的技术要素，方案详细且合理，得 9 分。 ②方案符合采购需求，所提供的内容涵盖了上述 2 项内容的技术要素，方案有欠缺，得 6 分。 ③方案不完全符合采购需求，有缺陷，得 3 分。 ④没有提供方案或其被评定为不可行的不得分。 【注：（1）“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；（2）“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；（3）“欠缺”是指深度不足（关键环节未展开，流于表面，未触达本质）；（4）“缺陷”是指存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】

2. 现更正为：

评比因素	分值	最高分值	评分细则	
技术部分	60分	37.5分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“（1）**氦氖激光治疗仪**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【1.6.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共15项，完全响应公开遴选文件要求的，得37.5分。每负偏离一项扣2.5分。【不符合招标要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		13.5分	一般技术指标（无标识条款）响应情况	根据供应商对本公开遴选文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）设备参数要求”之“（2）**皮肤治疗仪**”一般技术指标（无标识条款）响应情况进行评分。以一个序号【2.6.8.10.11.12.13.14.15】作为一项（注：一个序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计），共9项，完全响应公开遴选文件要求的，得13.5分。每负偏离一项扣1.5分。【不符合招标要求或未按“采购项目需求”当中的要求提供相关材料的按负偏离响应处理。】
		9分	项目实施方案	根据供应商针对本项目“招标项目内容”提供的项目**实施方案【包括但不限于：（1）设备的安装及调试；（2）质量保证措施】**进行评分。 ①方案符合或优于采购需求，所提供的内容涵盖了上述2项内容的技术要素，方案详细且合理，得9分。 ②方案符合采购需求，所提供的内容涵盖了上述2项内容的技术要素，方案有欠缺，得6分。 ③方案不完全符合采购需求，有缺陷，得3分。 ④没有提供方案或其被评定为不可行的不得分。 【注：（1）“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；（2）“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；（3）“欠缺”是指深度不足（关键环节未展开，流于表面，未触达本质）；（4）“缺陷”是指存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】

二、项目延期

（一）原定获取公开遴选文件截止时间延期至：2026年10月21日17:30。

（二）原公告的遴选响应文件提交截止时间：2026年10月22日09:30，更正为：2026年10月26日10:00。

（三）原公告的开标时间：2026 年 10 月 22 日 09:30，更正为：2026 年 10 月 26 日 10:00。

三、其他内容不变。

- 公开遴选文件如涉及上述内容的亦作相应修改。
- 原遴选文件与该通知有矛盾的地方，以此通知为准。各供应商按照本通知及时做好相关的准备工作。
- 各供应商获悉该通知后，须于 2026 年 10 月 21 日 17 时 30 分之前回复加盖单位公章的《回执》至我公司。
- 代理机构信息

联系人：张子杰；　　传真：0763-3380185；　　电话：0763-3382746。

特此通知。

清远市深联招标有限公司

2026 年 10 月 20 日

回　执

清远市深联招标有限公司：

你公司于 2026 年 10 月 20 日发出的清远市慢性病防治医院设备类项目（项目编号：SLC2-26112）的更正通知已经收悉，我公司确认已了解该通知的所有内容。

供应商：（公章）

签收人：

确认日期：